

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Доводим до вашего сведения, что передача в адрес ООО «ИЛС» неисправного оборудования должна сопровождаться **ОРИГИНАЛОМ** «Сертификата обеззараживания/Акта передачи оборудования в ремонт» (Приложение 1) с **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ** заполнением всех граф данного документа, а также сообщениями об ошибках (копии экрана, PrintScreen), при наличии. Данный документ является неотъемлемой частью договора на выполнение работ по контролю технического состояния / ремонта оборудования.

Обращаем Ваше внимание, что оборудование, переданное в ремонт, **ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕЗЗАРАЖЕНО** в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами «СП 1.3.2322-08» от «28» января 2008г. и Методическими указаниями МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I – IV групп патогенности», утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко «22» декабря 2009 г.

При выявлении факта контаминации оборудования, переданного в ремонт, ООО «ИЛС» проводит деконтаминацию такого оборудования за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения, содержащего условия ее проведения. При неподписании Вами дополнительного соглашения о деконтаминации силами ООО «ИЛС» считается, что Вы отказались от исполнения договора на выполнение работ по контролю технического состояния / ремонта оборудования в полном объеме в одностороннем внесудебном порядке.

Также напоминаем, что в соответствии с п.2.1.2* Договора на выполнение работ по контролю технического состояния оборудования - при получении подменного оборудования от транспортной компании Вы обязаны внимательно осмотреть тару и упаковку, в которой поступило оборудование. В случае любых повреждений тары и упаковки (разрывы, вмятины, повреждения скотча, нарушение целостности верхнего слоя и др.) Вам необходимо вскрыть тару и упаковку, произвести осмотр оборудования **В ПРИСУТСТВИИ** представителей транспортной компании, а также составить акт об обнаруженных несоответствиях (коммерческий акт).

В случае выявления Вами повреждений оборудования после убытия транспортной компании при наличии повреждений тары и упаковки, транспортная компания и ООО «ИЛС» не несет ответственность за данные повреждения оборудования. В этом случае все мероприятия и операции по восстановлению исправного состояния оборудования (ремонт) должны осуществляться за Ваш счет.

Приложения:

1. Сертификат обеззараживания/Акт передачи оборудования в ремонт.

Наши координаты для отправки оборудования в ремонт:

ООО «ИЛС»,

111123, г. Москва, 3-й Проезд Перова Поля, д.8, стр.1

тел. офиса +7 (495) 664-28-84, факс +7 (495) 664-28-89

тел. инженерного отдела +7 (495) 620-09-37

**Пункт 2.1.2. Договора на выполнение работ по контролю технического состояния оборудования:*

«В день доставки подменного оборудования, предоставляемого Исполнителем Заказчику во временное пользование, осуществить его прием следующим образом:

- тщательно проверить целостность тары и упаковки передаваемого ему оборудования,*
- проверить наличие необходимых документов и их соответствие передаваемому оборудованию,*
- распаковать и произвести внутренний осмотр оборудования.*

Если в процессе проверки оборудования представитель Заказчика обнаружит:

- любые несоответствия оборудования сопроводительным документам,*
- повреждения тары или упаковки,*
- что переданы не все документы,*
- что оборудование повреждено полностью либо частично, то представитель Заказчика обязан принять оборудование с обязательным составлением совместно с представителем Исполнителя / перевозчика акта об обнаруженных несоответствиях (коммерческий акт) и незамедлительно направить данный акт Исполнителю по факсу или электронной почте».*

Сертификат обеззараживания/Акт передачи оборудования в ремонт

ВНИМАНИЕ: Необходимо заполнить все графы данного документа. Перед отправкой оборудования для проведения ремонтных работ **необходимо вложить** данный документ в коробку с оборудованием.

Наименование учреждения: _____

Наименование прибора _____ Серийный номер _____
 Описание неисправности _____

Контактное лицо Заказчика: ФИО..... Должность _____ Тел.: _____

1. Контакттировало ли оборудование с какими либо инфекционными материалами, принадлежащими уровням биологической опасности 2, 3 или 4?	0 Да	0 Нет
Какой материал используется в лаборатории:..... Уровень:	0 2	0 3
2. Контакттировало ли оборудование с токсичными, канцерогенными или радиоактивными веществами?	0 Да	0 Нет
Если да, то укажите типы и количества:		
Укажите используемые Вами методы деконтаминации оборудования:		
Каких возбудителей Вы определяете в своей лаборатории:		

ВНИМАНИЕ: Оборудование должно быть предоставлено в сервисный центр в оригинальной упаковке (заводской упаковке). Если оригинальная упаковка отсутствует, оборудование должно быть упаковано следующим образом:

1. Оборудование упаковывается в полиэтиленовый пакет или плёнку;
2. Берется картонная коробка по глубине, высоте и ширине больше габаритов оборудования не менее чем на 16 см;
3. На дно коробки кладется картон (цельный кусок) толщиной не менее 5 мм;
4. Поверх картона кладется слой пенопласта толщиной не менее 8 см;
5. Оборудование укладывается на слой пенопласта;
6. Со всех сторон оборудование плотно обкладывается пенопластом толщиной не менее 8 см;
7. Сверху кладется картон толщиной не менее 5 мм;
8. Коробка закрывается и оклеивается скотчем;
9. Поверх коробки делаются наклейки: «Осторожно стекло», «Хрупкое», «Не переворачивать», «Верх».

Комплектация:	Инструкция РУS	Ротор 72x0,1ml с прижимным кольцом	Диск с ПО	Стилус	
	Инструкция ENG	Шнур питания 220В	Штатив 36x0.2 мл	Пробирки (0.1 мл/0.2 мл)	
	Ротор 36x0,2ml с прижимным кольцом	Шнур RS232C	Штатив 72x0.1 мл	Фиксатор ротора	
	Оригинальная упаковка	Шнур USB	Ротор 36x0.5мл (АЛА-1)	Ротор 48x0.2мл (АЛА-1)	
	Примечания сотрудника склада ООО «ИЛС» (при необходимости):				

Отправляя данное оборудование для проведения КТС/ремонтных работ, Заказчик, в лице _____, принимает всю полноту ответственности за его биологическую, химическую и радиологическую дезактивацию, дезинфекцию и очистку, а также упаковку. Заказчик согласен, что ООО "ИЛС" не принимает на себя обязательства по проведению КТС/ремонтных работ оборудования, если оно будет повреждено в процессе транспортировки из-за некачественной упаковки без письменного согласования с Заказчиком.

От Исполнителя	От Заказчика
_____ (должность)	_____ (должность)
_____ (ФИО)	_____ (ФИО)
_____ (подпись)	_____ (подпись)
«__» _____ 20__ г.	«__» _____ 20__ г.
М.П.	М.П.

Заключение сотрудника инженерного отдела ООО «ИЛС» о контаминации/деконтаминации оборудования: Оборудование _____

_____ / _____ /
 " _____ " _____ 20__ г.